TOBI® podhaler®

28 mg inhalation powder hard capsules

(tobramycin)

AR.MK.15.11.16.8

تومبي® podhaler®

28 ملغ كبسولات صلبة للاستنشاق بمسحوق

(توبرامايسين)

التركيب

تحتوي كل كبسولة على 28 ملغ توبرامايسين.

المواد غير الفعالة: لا تحتوي الكبسولات على أي مواد غير فعالة.

الشكل الصيدلاني

كبسولات صلبة للاستنشاق بمسحوق.

المعلومات السريرية

دواعي الاستعمال

تومبي podhaler مخصص للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات فما فوق المصابين بالتليف الكيسي (CF) الذين يعانون من عدوى مزمنة في الرئة بسبب بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa).

الجرعة وطريقة الإعطاء

الجرعة الموصى بها هي كبسولتان (56 ملغ) مرتين يوميا، بفاصل 12 ساعة تقريبا بين الجرعات. يجب استنشاق محتويات كبسولتين في كل جرعة. يجب استخدام تومبي podhaler على دورات متتالية تتكون من 28 يوما من العلاج يليها 28 يوما بدون علاج. يجب استخدام تومبي podhaler فقط مع جهاز podhaler.

يجب على المرضى ابتلاع الكبسولات فقط عن طريق الفم. لا يجب ابتلاع الكبسولات أو استنشاقها عن طريق الفم. يجب على المرضى استخدام تومبي podhaler فقط مع جهاز podhaler. يجب على المرضى عدم استخدام تومبي podhaler مع أي جهاز آخر. يجب على المرضى عدم استخدام أي جهاز آخر مع جهاز podhaler.

يجب على المرضى عدم بلع الكبسولات. يجب على المرضى عدم استنشاق الكبسولات عن طريق الفم

دليل المستخدم

مقدمة

شكرًا لاختيارك جهاز الأكسجين المركز من فيليبس ريسبيرونيكس. يوفر هذا الجهاز تدفقًا مستمرًا للأكسجين المركز بتركيزات تتراوح بين ٨٧٪ و٩٦٪ (±٣٪) بمعدلات تدفق تتراوح بين ٠.٥ و٥.٠ لتر في الدقيقة (±١٠٪ أو ±٢٠٠ مل في الدقيقة، أيهما أكبر). يتم توصيل الجهاز بالكهرباء المنزلية ويتضمن خزان مياه لترطيب الأكسجين. يتم توصيل الأكسجين المركز للمريض عبر أنبوب أكسجين وقناع أكسجين أو قسطرة أنفية. يتم تشغيل الجهاز بواسطة مفتاح تشغيل/إيقاف وتحكم في التدفق. يتضمن الجهاز أيضًا منبهًا مسموعًا ومرئيًا لانقطاع التيار الكهربائي وانخفاض تركيز الأكسجين. يتم تشغيل المنبه بواسطة بطارية احتياطية. يتضمن الجهاز أيضًا منفذًا لتوصيل أسطوانة أكسجين احتياطية. يتم تشغيل الجهاز بواسطة تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز. يتم تشغيل المنبه بواسطة بطارية ٩ فولت، ٦LR٦١ أو ما يعادلها.

الاستخدام المقصود

يوفر جهاز الأكسجين المركز من فيليبس ريسبيرونيكس